



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE
ELETROTÉCNICA E ENERGIA

OCP-0011

Seção Técnica de Normalização e Certificação - CERTUSP

ANEXO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity Appendix / Anexo del Certificado de Conformidad

Número: 2004EC01CP031
Number / Número

Revisão: 00
Revision / Revisión

Emissão: 23/08/2004
Issue / Expedición

Validade: 23/08/2009
Validity / Validad

Produto:
Product / Producto

Desfibrilador / Cardioversor

Tipo-Modelo:
Type-Model / Tipo-Modelo

HS 01

Classificação:
Classification / Clasificación

Equipamento Portátil; Equipamento de Classe I (tipo de proteção contra choque elétrico); Equipamento Comum (grau de proteção contra penetração nociva de água); Equipamento não destinado a ser utilizado na presença de anestésico inflamável com oxigênio, ar ou óxido nitroso; Operação Contínua; Tipo CF (grau de proteção contra choque elétrico); 110 / 220 Vca; 50/60 Hz e 700 W.

- Sem Bateria Interna


Histórico da Certificação do Produto

History of the Product Certification / Historia de la Certificación del Producto

Revisão:
Revision / Revisión
00

Data:
Date / Fecha
23/08/2004

Descrição:
Description / Descripción
Certificação inicial


JEAN ALBERT BODINAUD
Diretor Executivo da CERTUSP
SIGNATÁRIO AUTORIZADO
Authorized Signatory / Persona Autorizada

A VALIDADE É MANTIDA ATRAVÉS DE AUDITORIAS PERIÓDICAS. PARA SABER SEU STATUS ATUAL CONSULTE-NOS.
VALIDITY IS MAINTAINED THROUGH ONGOING AUDITORIES. TO KNOW THE CURRENT STATUS CONTACT US.

Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289 - CEP 05508-010 - São Paulo - SP - Brasil - Tel. (011) 3091-2597 - Fax (011) 3812-9983
CNPJ 63.025.530/0042-82 - certusp@iee.usp.br - www.iee.usp.br/certusp